



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα 23-01-2019  
Αρ.πρωτ.202

### Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

**ΘΕΜΑ:** Διευκρίνιση επί της υπ' αριθμ. 21874/21-12-2018 διακήρυξης με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 68467, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) Κεντρικού Σταθμού για τη Μ.Ε.Θ. , με έξι(6) Παρακλίνια Monitors παρακολούθησης Ζωτικών Παραμέτρων.

Σχετικά με την ανωτέρω διακήρυξη διευκρινίζεται ότι, στο Παράρτημα Β « Γενικοί όροι διαγωνισμού - Αξιολόγηση προσφορών» άρθρο 5. Λόγοι αποκλεισμού – κριτήρια επιλογής – Δικαιολογητικά συμμετοχής παρ.5.2, α/α 4 και άρθρο 12. Διαδικασία ανάδειξης Προμηθευτή – Δικαιολογητικά κατακύρωσης παρ.12.3.6, **το απαιτούμενο Πιστοποιητικό του κατασκευαστή, διορθώνεται ως εξής :**  
«..... έγκυρο σύστημα ποιότητας της σειράς ή EN ISO 13485 ή EN ISO 9001».

**Πληροφορίες:**

Γρ. Προμηθειών:Μαρίνα Σετάκη

Τηλ: 213 2039 142

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΑΚΗΣ

**Κοινοποίηση:**

Γρ. Διοικητή

Γρ.Προμηθειών