



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υγείας

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
«Η ΕΛΠΙΣ»
Διεύθυνση: Διοικητική
Τμήμα: Γρ. Προμηθειών
Δημητσάνας 7, 115 22, Αθήνα
Τηλ.: 213 2039 136
email: ekalampaliki@elpis.gr =
promithion@elpis.gr

Αθήνα: 25-05-2026

Αριθμ. Πρωτ. 6669

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.
στο Διαύγεια και στο Site του Νοσοκομείου

Προς την εταιρεία
«ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο.Ε.»
email: sterisystems@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών «συντήρησης του Κλιβάνου Αποστείρωσης για δύο (2) έτη και της Εφάπαξ αναβάθμισής του» με συνολική δαπάνη 29.980,00 € πλέον Φ.Π.Α. (14.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. για 2 έτη & 15.980,00 € πλέον Φ.Π.Α. η εφάπαξ αναβάθμιση).

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
CPV	50413100-4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	29.980,00 € πλέον Φ.Π.Α. (14.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. για 2 έτη & 15.980,00 € πλέον Φ.Π.Α. η εφάπαξ αναβάθμιση)
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 11522
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Δευτέρα 08-06-2026 ώρα 14.00 μ.μ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΕΝΑ (01) ΕΤΟΣ

Το ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» προτίθεται να αναθέσει υπηρεσίες για την «συντήρηση του Κλιβάνου Αποστείρωσης για δύο (2) έτη και της Εφάπαξ αναβάθμισής του» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/16, σύμφωνα με την 90/23-04-2026 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το αντικείμενο της συντήρησης θα είναι η παροχή υπηρεσιών «συντήρησης του Κλιβάνου Αποστείρωσης για δύο (2) έτη και της Εφάπαξ αναβάθμισής του». Την ευθύνη για την υπηρεσία θα έχει αποκλειστικά και μόνο η ανάδοχος εταιρεία **«ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο.Ε.»**.

Σημειώνεται ότι τα παραστατικά που τυχόν διατεθούν από τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών «συντήρησης του Κλιβάνου Αποστείρωσης για δύο (2) έτη και της Εφάπαξ αναβάθμισής του», στην Ανάδοχο εταιρεία υπόκεινται στη διαδικασία εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR, η δε ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται απολύτως για την τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας.

Η τεχνική περιγραφή της ανωτέρω υπηρεσίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα Α)

Η εκτίμηση της αμοιβής ανέρχεται στο ποσό των 29.980,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (14.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. για 2 έτη & 15.980,00 € πλέον Φ.Π.Α. η εφάπαξ αναβάθμιση) για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσής του έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 1254/30-04-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και η δέσμευση πίστωσης ποσού 37.175,20 ευρώ (με Φ.Π.Α.) σε βάρος του ΑΛΕ 24203040000101 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) την **25-05-2026** στον ιστότοπο <http://et.dianvegia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) την **25-05-2026** και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής την **25-05-2026**.

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά υποβάλλεται μέχρι και την **Δευτέρα 08-06-2026** και ώρα **14.00 μ.μ.** στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, ταχυδρομική Δ/ση Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι, Αθήνα Τ.Κ. 11522

Περιεχόμενο φακέλου

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει:

A. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Β της παρούσας, με σφραγίδα και υπογραφή του προσφέροντος στην τελευταία σελίδα.

Εναλλακτική προσφοράς δεν θα γίνει δεκτή. Επίσης δεν γίνεται δεκτή, προσφορά που ξεπερνά τον προϋπολογισμό.

B. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, όπου θα δηλώνεται ότι:

- Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16.
- Έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων της πρόσκλησης και των λοιπών συνημμένων εγγράφων του φακέλου δημόσιας σύμβασης: **παροχή υπηρεσιών «συντήρησης του Κλιβάνου Αποστείρωσης για δύο (2) έτη και της Εφάπαξ αναβάθμισής του»** και δηλώνει συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσής της.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω **Υπεύθυνη Δήλωση** θα πρέπει να φέρει Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή ή ισοδύναμα να έχει εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr.

Γ. Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές.
- β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
- δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς και κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για τον οικονομικό φορέα.

Ε. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας

Τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν σχετικό πιστοποιητικό για την κάλυψη κύριας και επικουρικής ασφάλισής τους. Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα εταιρείες υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΕΦΚΑ (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.

ΣΤ. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι:

- Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
- Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του, για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού,
- Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση οριζόντιου αποκλεισμού.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω **Υπεύθυνη Δήλωση** θα πρέπει να φέρει Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή ή ισοδύναμα να έχει εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr.

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. Εάν η προσφορά αναφέρει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ανακοίνωση επιλογής του αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον υποψήφιο ανάδοχο μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.

3. ΤΙΜΕΣ

Στις προσφερόμενες τιμές (χωρίς ΦΠΑ) θα περιλαμβάνονται:

- Η αξία της προσφερόμενης υπηρεσίας σε ΕΥΡΩ.
- Όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και δασμοί, τέλη καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις ή άλλες αμοιβές και επιβαρύνσεις.
- Εάν μετά την ημερομηνία της πρόσκλησης επιβληθούν τέλη και κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάμενοι, το ποσό πληρώνεται ή εκπίπτει αντιστοίχως από τους λογαριασμούς του αναδόχου.

4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις j ή διεθνείς (διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

5. ΕΠΙΒΛΕΨΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4,5,7,8 του άρθρου 105 καθώς και στο άρθρο 182 του ν. 4412/2016.

Τα έγγραφα της σύμβασης, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

1. Η σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων, των παρασχεθεισών εξηγήσεων του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον προσδιορισμό **οικονομικών μεγεθών με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά του**
2. Η παρούσα Πρόσκληση,
3. Η Οικονομική Προσφορά,

4. Η Τεχνική Προσφορά

Τα ανωτέρω έγγραφα, της σύμβασης ισχύουν όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.

Η αναθέτουσα αρχή θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο συνολικός χρόνος της σύμβασης ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Οι προβλεπόμενες βάσει του άρθρου 185 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει.

8. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση υπηρεσίας ανέρχεται σε 37.175,20 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (17.360,00 € συμπτ. Φ.Π.Α. για 2 έτη & 19.815,20 € συμπτ. Φ.Π.Α. η εφάπαξ αναβάθμιση).

Η πληρωμή της αξίας στον Ανάδοχο θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος αυτού.

Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του:

- Τιμολόγιο του αναδόχου
- Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας
- Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών τους.

Ο ανάδοχος υποχρεούται *ακόμα* να προσκομίσει κατά αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. Διευκρινίζεται ότι:

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.

Στην αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ , η οποία υπολογίζεται επί της αξίας ,εκτός ΦΠΑ ,της αρχικής , καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης , σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 36 του ν. 4412 / 2016.

γ) Κράτηση 2% Υπέρ οργανισμών ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου.

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Για την πληρωμή του Αναδόχου εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013).

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής.

Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο Ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών.

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου μέσω Ε.Δ.Η.Τ.

9. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ

Η λήξη της σύμβασης, εφόσον δε συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση του αναδόχου ή διάλυση της σύμβασης), πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του αναδόχου και την έκδοση σχετικής απόφασης από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

10. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εφόσον, υφίσταται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, τα δύο μέρη συμφωνούν να τηρούνται τα άρθρα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016 / 679 (GDPR).

Η Συντάξασα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σταύρος Γεωργόπουλος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

- 1.1. Ο Ανάδοχος Συντηρητής με ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς, τις οδηγίες του και τα ειδικά εγχειρίδια κατασκευαστικού οίκου, θα υλοποιήσει:
 - 1.1.1. την αντικατάσταση της έγχρωμης οθόνης αφής (touch screen) με νέα έγχρωμη οθόνη αφής. θα δημιουργηθεί το απαραίτητο λογισμικό οθόνης με ελληνικό μενού λειτουργίας και θα προσαρμοστεί η νέα οθόνη στο υπάρχον πάνελ.
 - 1.1.2. την τοποθέτηση νέου PLC (PLC-1) με όλες τις απαραίτητες κάρτες εισόδων, εξόδων, επικοινωνίας, κλπ. Θα πραγματοποιηθεί η προσαρμογή του νέου PLC στον υπάρχοντα ηλεκτρικό πίνακα του κλιβάνου και η δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού για το PLC-1.
 - 1.1.3. την τοποθέτηση νέου δεύτερου PLC (PLC-2) το οποίο συνεργάζεται με το πρώτο για διασταύρωση των πληροφοριών. Θα πραγματοποιηθεί η προσαρμογή του νέου PLC-2 στον υπάρχοντα ηλεκτρικό πίνακα του κλιβάνου και η δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού για το PLC-2.
 - 1.1.4. την εγκατάσταση / μεταφορά των απαραίτητων νέων λογισμικών στα δύο PLC και στην οθόνη.
 - 1.1.5. την αποκατάσταση και βελτίωση των καλωδιώσεων του κλιβάνου καθώς και αναδιάταξη αυτών ώστε να προσαρμοστούν με το συνολικό νέο σύστημα ελέγχου.
 - 1.1.6. την εκτέλεση ικανού αριθμού δοκιμαστικών προγραμμάτων μετά την αναβάθμιση. Θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των αποτελεσμάτων και οι σχετικές απαραίτητες ρυθμίσεις.
 - 1.1.7. την εκτέλεση προγραμμάτων με φορτίο. Θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των αποτελεσμάτων και οι σχετικές απαραίτητες ρυθμίσεις.
 - 1.1.8. την εκτέλεση ρυθμίσεων, βελτιώσεων με το πέρας των μετατροπών.
 - 1.1.9. την εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων ελέγχου όπως BOWIE DICK TEST και LEAK TEST.
 - 1.1.10. την οριοθέτηση των νέων παραμέτρων των κύκλων αποστείρωσης και θα πραγματοποιηθούν οι τελικές ρυθμίσεις.
- 1.2. Μετά το πέρας όλων των προαναφερόμενων εργασιών θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αναβάθμιση. Να αναφερθεί η διάρκεια της.
- 1.3. Μετά το πέρας όλων των προαναφερόμενων εργασιών, η εταιρία θα παραδώσει Οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα ελληνικά.

- 1.4. Τέλος, πριν την παράδοση σε κανονική λειτουργία, η εταιρία θα αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών στην νέα χρήση του κλιβάνου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

- 2.1. Ο Ανάδοχος Συντηρητής με ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς, τις οδηγίες του και τα ειδικά εγχειρίδια κατασκευαστικού οίκου:
- 2.1.1. θα αναλάβει την **επισκευαστική συντήρηση** του εν λόγω εξοπλισμού.
- 2.1.1.1. Η προσέλευση των τεχνικών του Ανάδοχου Συντηρητή για τις επισκευές θα λαμβάνει χώρα εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης του από το Νοσοκομείο.
- 2.1.1.2. Η ειδοποίηση του «Ανάδοχου Συντηρητή», μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά (email).
- 2.1.1.3. Οι επισκευές, επίσης θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00 έως ώρα 16:00 εκτός αργιών, με απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του Νοσοκομείου. Οι επισκευές θα πραγματοποιούνται με πιστοποιημένες διαδικασίες με τα προβλεπόμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως/ελέγχου, τα οποία θα είναι πάντα βαθμονομημένα από αρμόδιο φορέα
- 2.1.1.4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν υπάρξει απόλυτη ανάγκη πραγματοποίησης εργασιών κατά την διάρκεια άλλων ημερών και ωρών, εκτός των ως άνω, το Νοσοκομείο θα μπορεί να δίνει σχετική εντολή στον Ανάδοχο Συντηρητή. Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιείται το προβλεπόμενο προσαυξημένο ωρομίσθιο υπερωριακής εργασίας ή εργασίας κατά τις αργίες κλπ.
- 2.1.2. θα αναλάβει την προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση του εξοπλισμού με όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και ειδικότερα τις αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις, λιπάνσεις μηχανικών μερών, χρήσεις λογισμικού, επαληθεύσεις τιμών, επαναφορά παραμέτρων ποιοτικής απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές, ελέγχους ηλεκτρικής ασφάλειας και δοκιμές των Μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.
- 2.1.2.1. Η προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση θα πραγματοποιείται με πιστοποιημένες διαδικασίες με τα προβλεπόμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως/ελέγχου, τα οποία θα είναι πάντα βαθμονομημένα από αρμόδιο φορέα, μια φορά ανά τετράμηνο (τρεις συντηρήσεις ετησίως), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08:00 έως ώρα 16:00 εκτός εορτών, αργιών, κλπ.
- 2.1.2.2. Υποχρεωτικά θα συμπληρώνεται η αναλυτική λίστα ελέγχων προγραμματισμένης συντήρησης (check list), θα υπογράφεται από τον τεχνικό του αναδόχου και θα παραδίδεται μαζί με το Δελτίο Εργασίας Τεχνικού στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
- 2.1.3. θα διαθέτει πρόσβαση και να δύναται να εφαρμόσει εργοστασιακές διαταγές αλλαγής, που αποσκοπούν είτε στην βελτιστοποίηση της ασφάλειας, είτε στην βελτιστοποίηση της απόδοσης, είτε στην διευκόλυνση του χειρισμού και της

- συντήρησης, διατηρώντας παράλληλα τον εξοπλισμό σε σύγχρονο τεχνολογικό επίπεδο.
- 2.1.4. Θα εκδίδει και θα παραδίδει, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, στο Νοσοκομείο υπογεγραμμένο το Δελτίο Εργασίας Τεχνικού (Service Report) παρακολούθησης-επισκευής-συντήρησης του εξοπλισμού, στο οποίο θα αναφέρει:
- 2.1.4.1. Την κάθε είδους συντήρηση, έλεγχο, ρύθμιση, ή επισκευή που πραγματοποιεί.
- 2.1.4.2. Την ώρα προσέλευσης του, σε κάθε περίπτωση κλήσης, και την διάρκεια της εργασίας, που πραγματοποιήθηκε.
- 2.1.4.3. Την φύση της διαπιστούμενης βλάβης και τα πιθανά αίτια της.
- 2.1.4.4. Τις εργασίες που έγιναν αναλυτικά, και τα τυχόν ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν ή πρέπει να αντικατασταθούν.
- 2.1.4.5. Τις τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης του μηχανήματος.
- 2.1.4.6. Την ώρα παράδοσης του μηχανήματος έτοιμου προς χρήση.
- 2.1.4.7. Το Δ.Ε.Τ. (S.R.) θα υπογράφεται μετά το πέρας των εργασιών και από τον χειριστή του συγκροτήματος (ιατρός) και θα παραδίδεται στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.
- 2.2. Ο μέγιστος ετήσιος παραδεκτός χρόνος, κατά τον οποίο ο εν λόγω εξοπλισμός βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης ή δυσλειτουργίας του (Down Time), κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, δε θα υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ετησίως στο σύνολο του εξοπλισμού.
- 2.2.1. Οι ημέρες ακινητοποίησης για την προγραμματισμένη συντήρηση, την αναβάθμιση καθώς και οι ημέρες για την εγκατάσταση των εργοστασιακών μετατροπών και αναβαθμίσεων, δεν προσμετρούνται στον χρόνο Down time.
- 2.2.2. Επίσης δεν θα προσμετρείται στον χρόνο DOWN TIME το χρονικό διάστημα για το οποίο υφίστανται λόγοι που αντικειμενικά συνιστούν ανωτέρα βία.
- 2.3. Θα παραχωρεί προτεραιότητα στο Νοσοκομείο μας στην εξυπηρέτηση (τηλεφωνική εξυπηρέτηση, ανταπόκριση τεχνικού, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών).

3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 3.1. Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» θα:
- 3.1.1. Πρέπει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει γνώση της λειτουργικής κατάστασης του προς συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
- 3.1.2. Πρέπει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» εγγυάται κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν παρατάσεων αυτής, την απρόσκοπτη παροχή και επάρκεια καινούργιων γνήσιων ανταλλακτικών και την παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης.
- 3.1.2.1. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος παύσει την παραγωγή του συνόλου ή υποσύνολου του εν λόγω εξοπλισμού, λόγω παλαιότητας (άνω των 10 ετών), ή τερματίσει την παροχή ανταλλακτικών και διαπιστωθεί από τον Ανάδοχο οριστική αδυναμία πραγματοποίησης συντήρησης/ επισκευής, τότε η σύμβαση λύνεται ή αφαιρείται το συγκεκριμένο υποσύνολο αυτομάτως και χωρίς καμία απαίτηση από τον Ανάδοχο.
- 3.1.3. πρέπει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του:
- 3.1.3.1. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των μηχανικών του από τον κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση - επισκευή του εν λόγω εξοπλισμού, αλλά και λίστα με ονομαστική κατάσταση εκπαιδευμένων τεχνικών της εταιρείας του τρέχοντος έτους ή εξαμήνου.

- 3.1.3.2. τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιου έργου των τελευταίων χρόνων, ώστε να αποδείξει ότι διαθέτει εμπειρία καλής εκτέλεσης παρόμοιου έργου σε αντίστοιχα συστήματα σε δημόσια ή/και ιδιωτικά Νοσοκομεία.
 - 3.1.3.3. Όλα τα σχετικά έγκυρα έγγραφα (βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά βαθμονόμησης, κ.τ.λ.), καθώς και κατάλογο των διακριβωμένων οργάνων κατάλληλων για τον έλεγχο των προς συντήρηση μηχανημάτων, στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.
 - 3.1.3.4. Φύλλο Συμμόρφωσης με τις άνωθεν Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης και γενικοί όροι.
- 3.1.4. Διατηρεί σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:2015. Επίσης θα διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 13485:2016 ή μεταγενέστερο, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατρικών απεικονιστικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004, (διακίνηση, και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Να κατατεθούν τα ζητούμενα παραπάνω έγκυρα πιστοποιητικά.
- 3.2. Σε περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή η πλημμελή συντήρηση των ιατρικών μηχανημάτων ή εσφαλμένους χειρισμούς από τον ανάδοχο και γενικά λόγω υπαιτιότητας του, οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης θα βαρύνουν τον ίδιο τον ανάδοχο.
- 3.3. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας - ασφάλειας του προσωπικού που απασχολεί. Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ατυχήματος του προσωπικού του ή οποιοδήποτε άλλου ατόμου, που οφείλεται σε αμέλεια, λάθος πρακτική ή λάθος ενέργεια του προσωπικού του.

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	<p style="text-align: center;"><u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1</u></p> <p style="text-align: center;"><u>1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ</u></p> <p>1.1. Ο Ανάδοχος Συντηρητής με ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς, τις οδηγίες του και τα ειδικά εγχειρίδια κατασκευαστικού οίκου, θα υλοποιήσει:</p> <p>1.1.1. την αντικατάσταση της έγχρωμης οθόνης αφής (touch screen) με νέα έγχρωμη οθόνη αφής. θα δημιουργηθεί το απαραίτητο λογισμικό οθόνης με ελληνικό μενού λειτουργίας και θα προσαρμοστεί η νέα οθόνη στο υπάρχον πάνελ.</p> <p>1.1.2. την τοποθέτηση νέου PLC (PLC-1) με όλες τις απαραίτητες κάρτες εισόδων, εξόδων, επικοινωνίας, κλπ. Θα πραγματοποιηθεί η προσαρμογή του νέου PLC στον υπάρχοντα ηλεκτρικό πίνακα του κλιβάνου και η δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού για το PLC-1.</p> <p>1.1.3. την τοποθέτηση νέου δεύτερου PLC (PLC-2) το οποίο συνεργάζεται με το πρώτο για διασταύρωση των πληροφοριών. Θα πραγματοποιηθεί η προσαρμογή του νέου PLC-2 στον υπάρχοντα ηλεκτρικό πίνακα του κλιβάνου και η δημιουργία του απαραίτητου λογισμικού για το PLC-2.</p> <p>1.1.4. την εγκατάσταση / μεταφορά των απαραίτητων νέων λογισμικών στα δύο PLC και στην οθόνη.</p> <p>1.1.5. την αποκατάσταση και βελτίωση των καλωδιώσεων του κλιβάνου καθώς και αναδιάταξη αυτών ώστε να προσαρμοστούν με το συνολικό νέο σύστημα ελέγχου.</p>	ΝΑΙ		

	<p>1.1.6. την εκτέλεση ικανού αριθμού δοκιμαστικών προγραμμάτων μετά την αναβάθμιση. Θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των αποτελεσμάτων και οι σχετικές απαραίτητες ρυθμίσεις.</p> <p>1.1.7. την εκτέλεση προγραμμάτων με φορτίο. Θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των αποτελεσμάτων και οι σχετικές απαραίτητες ρυθμίσεις.</p> <p>1.1.8. την εκτέλεση ρυθμίσεων, βελτιώσεων με το πέρας των μετατροπών.</p> <p>1.1.9. την εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων ελέγχου όπως BOWIE DICK TEST και LEAK TEST.</p> <p>1.1.10. την οριοθέτηση των νέων παραμέτρων των κύκλων αποστείρωσης και θα πραγματοποιηθούν οι τελικές ρυθμίσεις.</p> <p>1.2. Μετά το πέρας όλων των προαναφερόμενων εργασιών θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την αναβάθμιση. Να αναφερθεί η διάρκειά της.</p> <p>1.3. Μετά το πέρας όλων των προαναφερόμενων εργασιών, η εταιρία θα παραδώσει Οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα ελληνικά.</p> <p>1.4. Τέλος, πριν την παράδοση σε κανονική λειτουργία, η εταιρία θα αναλάβει την εκπαίδευση των χειριστών στην νέα χρήση του κλιβάνου.</p>			
2	<p style="text-align: center;"><u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2</u></p> <p>2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ</p> <hr/> <p>2.1. Ο Ανάδοχος Συντηρητής με ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς σύμφωνα με τους κανονισμούς, τις οδηγίες του και τα ειδικά εγχειρίδια κατασκευαστικού οίκου:</p> <p>2.1.1. θα αναλάβει την επισκευαστική συντήρηση του εν λόγω εξοπλισμού.</p> <p>2.1.1.1. Η προσέλευση των τεχνικών</p>	ΝΑΙ		

	<p>του Ανάδοχου Συντηρητή για τις επισκευές θα λαμβάνει χώρα εντός εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την λήψη της σχετικής ειδοποίησης του από το Νοσοκομείο.</p> <p>2.1.1.2. Η ειδοποίηση του «Ανάδοχου Συντηρητή», μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά (email).</p> <p>2.1.1.3. Οι επισκευές, επίσης θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 08:00 έως ώρα 16:00 εκτός αργιών, με απεριόριστο αριθμό επισκέψεων για τον εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών μετά από κλήση του Νοσοκομείου. Οι επισκευές θα πραγματοποιούνται με πιστοποιημένες διαδικασίες με τα προβλεπόμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως/ελέγχου, τα οποία θα είναι πάντα βαθμονομημένα από αρμόδιο φορέα</p> <p>2.1.1.4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν υπάρξει απόλυτη ανάγκη πραγματοποίησης εργασιών κατά την διάρκεια άλλων ημερών και ωρών, εκτός των ως άνω, το Νοσοκομείο θα μπορεί να δίνει σχετική εντολή στον Ανάδοχο Συντηρητή. Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιείται το προβλεπόμενο προσαυξημένο ωρομίσθιο υπερωριακής εργασίας ή εργασίας κατά τις αργίες κλπ.</p> <p>2.1.2. θα αναλάβει την προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση του εξοπλισμού με όλα τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και ειδικότερα τις αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, ευθυγραμμίσεις, λιπάνσεις μηχανικών μερών, χρήσεις λογισμικού, επαληθεύσεις τιμών, επαναφορά παραμέτρων ποιοτικής απεικόνισης στις προδιαγεγραμμένες ανοχές, ελέγχους ηλεκτρικής ασφάλειας και δοκιμές των Μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.</p> <p>2.1.2.1. Η προγραμματισμένη (προληπτική) συντήρηση θα</p>			
--	--	--	--	--

	<p>πραγματοποιείται με πιστοποιημένες διαδικασίες με τα προβλεπόμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως/ελέγχου, τα οποία θα είναι πάντα βαθμονομημένα από αρμόδιο φορέα, μια φορά ανά τετράμηνο (τρεις συντηρήσεις ετησίως), από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08:00 έως ώρα 16:00 εκτός εορτών, αργιών, κλπ.</p> <p>2.1.2.2. Υποχρεωτικά θα συμπληρώνεται η αναλυτική λίστα ελέγχων προγραμματισμένης συντήρησης (check list), θα υπογράφεται από τον τεχνικό του αναδόχου και θα παραδίδεται μαζί με το Δελτίο Εργασίας Τεχνικού στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.</p> <p>2.1.3. Θα διαθέτει πρόσβαση και να δύναται να εφαρμόσει εργοστασιακές διαταγές αλλαγής, που αποσκοπούν είτε στην βελτιστοποίηση της ασφάλειας, είτε στην βελτιστοποίηση της απόδοσης, είτε στην διευκόλυνση του χειρισμού και της συντήρησης, διατηρώντας παράλληλα τον εξοπλισμό σε σύγχρονο τεχνολογικό επίπεδο.</p> <p>2.1.4. Θα εκδίδει και θα παραδίδει, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, στο Νοσοκομείο υπογεγραμμένο το Δελτίο Εργασίας Τεχνικού (Service Report) παρακολούθησης-επισκευής-συντήρησης του εξοπλισμού, στο οποίο θα αναφέρει:</p> <p>2.1.4.1. Την κάθε είδους συντήρηση, έλεγχο, ρύθμιση, ή επισκευή που πραγματοποιεί.</p> <p>2.1.4.2. Την ώρα προσέλευσης του, σε κάθε περίπτωση κλήσης, και την διάρκεια της εργασίας, που πραγματοποιήθηκε.</p> <p>2.1.4.3. Την φύση της διαπιστούμενης βλάβης και τα πιθανά αίτια της.</p> <p>2.1.4.4. Τις εργασίες που έγιναν αναλυτικά, και τα τυχόν ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν ή πρέπει να αντικατασταθούν.</p> <p>2.1.4.5. Τις τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτίωση της</p>			
--	--	--	--	--

	<p>λειτουργίας και απόδοσης του μηχανήματος.</p> <p>2.1.4.6. Την ώρα παράδοσης του μηχανήματος έτοιμου προς χρήση.</p> <p>2.1.4.7. Το Δ.Ε.Τ. (S.R.) θα υπογράφεται μετά το πέρας των εργασιών και από τον χειριστή του συγκροτήματος (ιατρός) και θα παραδίδεται στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου.</p> <p>2.2. Ο μέγιστος ετήσιος παραδεκτός χρόνος, κατά τον οποίο ο εν λόγω εξοπλισμός βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης ή δυσλειτουργίας του (Down Time), κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, δε θα υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες ετησίως στο σύνολο του εξοπλισμού.</p> <p>2.2.1. Οι ημέρες ακινητοποίησης για την προγραμματισμένη συντήρηση, την αναβάθμιση καθώς και οι ημέρες για την εγκατάσταση των εργοστασιακών μετατροπών και αναβαθμίσεων, δεν προσμετρούνται στον χρόνο Down time.</p> <p>2.2.2. Επίσης δεν θα προσμετρείται στον χρόνο DOWN TIME το χρονικό διάστημα για το οποίο υφίστανται λόγοι που αντικειμενικά συνιστούν ανωτέρα βία.</p> <p>2.3. Θα παραχωρεί προτεραιότητα στο Νοσοκομείο μας στην εξυπηρέτηση (τηλεφωνική εξυπηρέτηση, ανταπόκριση τεχνικού, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών).</p>			
3	<p>3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</p> <p>3.1. Ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» θα:</p> <p>3.1.1. Πρέπει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει γνώση της λειτουργικής κατάστασης του προς συντήρηση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.</p> <p>3.1.2. Πρέπει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του Βεβαίωση στην οποία να αναφέρεται ότι ο συμμετέχων υποψήφιος «Ανάδοχος Συντηρητής» εγγυάται κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν παρατάσεων αυτής, την απρόσκοπτη παροχή και επάρκεια καινούργιων γνήσιων ανταλλακτικών και την</p>	ΝΑΙ		

	<p>παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης.</p> <p>3.1.2.1. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστικός οίκος παύσει την παραγωγή του συνόλου ή υποσύνολου του εν λόγω εξοπλισμού, λόγω παλαιότητας (άνω των 10 ετών), ή τερματίσει την παροχή ανταλλακτικών και διαπιστωθεί από τον Ανάδοχο οριστική αδυναμία πραγματοποίησης συντήρησης/ επισκευής, τότε η σύμβαση λύνεται ή αφαιρείται το συγκεκριμένο υποσύνολο αυτομάτως και χωρίς καμία απαίτηση από τον Ανάδοχο.</p> <p>3.1.3. πρέπει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του:</p> <p>3.1.3.1. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης των μηχανικών του από τον κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση - επισκευή του εν λόγω εξοπλισμού, αλλά και λίστα με ονομαστική κατάσταση εκπαιδευμένων τεχνικών της εταιρείας του τρέχοντος έτους ή εξαμήνου.</p> <p>3.1.3.2. τουλάχιστον δύο (2) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιου έργου των τελευταίων χρόνων, ώστε να αποδείξει ότι διαθέτει εμπειρία καλής εκτέλεσης παρόμοιου έργου σε αντίστοιχα συστήματα σε δημόσια ή/και ιδιωτικά Νοσοκομεία.</p> <p>3.1.3.3. Όλα τα σχετικά έγγραφα έγγραφα</p>			
--	--	--	--	--

	<p>(βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά βαθμονόμησης, κ.τ.λ.), καθώς και κατάλογο των διακριβωμένων οργάνων κατάλληλων για τον έλεγχο των προς συντήρηση μηχανημάτων, στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς.</p> <p>3.1.3.4. Φύλλο Συμμόρφωσης με τις άνωθεν Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης και γενικοί όροι.</p> <p>3.1.4. Διατηρεί σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:2015. Επίσης θα διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 13485:2016 ή μεταγενέστερο, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατρικών απεικονιστικών μηχανημάτων και εξαρτημάτων, ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004, (διακίνηση, και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων). Να κατατεθούν τα ζητούμενα παραπάνω έγκυρα πιστοποιητικά.</p> <p>3.2. Σε περιπτώσεις βλαβών που προέρχονται από ελλιπή ή πλημμελή συντήρηση των ιατρικών μηχανημάτων ή εσφαλμένους χειρισμούς από τον ανάδοχο και γενικά λόγω υπαιτιότητας του, οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης θα βαρύνουν τον ίδιο τον ανάδοχο.</p> <p>3.3. Η προμηθεύτρια εταιρεία υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας - ασφάλειας του προσωπικού που απασχολεί. Το Νοσοκομείο ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ατυχήματος του προσωπικού του ή οποιοδήποτε άλλου ατόμου, που οφείλεται σε αμέλεια, λάθος πρακτική ή λάθος ενέργεια του προσωπικού του.</p>			
--	---	--	--	--

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, **στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος** με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της πρόσκλησης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.
4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α / Α	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α (€)	ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΦΑΠΑΞ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. (€)	Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ (...%) (€)	Φ.Π.Α. ΕΦΑΠΑΞ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ (...%) (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ ΜΕ Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΦΑΠΑΞ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α. (€)
ΣΥΝΟΛΟ								

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)							
ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό..... για την παροχή υπηρεσιών «.....» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησηςμέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α´ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές τις παρούσας πρόσκλησης,

τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού, συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρύγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.